SICHERHEITSANLEITUNG

beim Umgang mit dem

„MCT MICRO CLEANER 24/7"

im Rahmen der Anwendung

Information zum Haftungsausschluss, Nutzungsrecht, Urheberrecht auf der letzten Seite angeführt.

Es wird festgehalten, dass gegenständliche Sicherheitsanleitung als Information, bei Weitergabe an Dritte, nur vollständig verwendet werden darf.

© HGe-Competence, Genseberger & Partner KG, Pichling 259, 8510 Stainz; Firmenbuch Graz-Nr.: FN24187d, UID: ATU57925277,
Telefon: 03463 20533, Fax: 0810 9554 262492, E-Mail: office@hge-competence.at, www.hge-competence.at

S I C H E R H E I T S A N L E I T U N G

beim Umgang mit dem

MCT Micro Cleaner 24/7

im Rahmen der Anwendung

Es ist für eine effiziente und korrekte Anwendung des Gerätes wesentlich, dass eine **fachliche Ansprechperson** zur Verfügung steht (während der Einführungszeit intensiviert) und vorangehend eine **wirksame Einschulung** stattfindet.
Auf die **Sicherheitsvorschriften sowie Anleitungen** seitens des Geräte-/Produktvorstellers **ist Bedacht zu nehmen** (siehe „Bedienungs- & Wartungsanleitung", MediCleanTEC®, unter anderem S. 4 „Sicherheitsvorschriften" und S. 5 – siehe Anhang). **Grundlage** bildet **das Arbeitnehmer-*innenschutzgesetz (ASchG) idgF.**

Ergänzend dazu wird festgehalten:

E R G O N O M I E

Um eine ergonomische Bedienung zu gewährleisten, wird der **Einsatz des Wagens** sowie **diverser Stiellängen**, je nach Körpergröße des/der Anwenders*in, welche eine **Polsterung im Fingerraum des Griffteils** haben, empfohlen.
Weiters sollte das **Tragen des Gerätes überwiegend vermieden** und die **Schlauchlänge ausgenutzt werden** z.B. bei der Stiegen Reinigung etc.

P E R S Ö N L I C H E (R) S C H U T Z (A U S R I C H T U N G)

Das **Lüften** ist während/nach dem Reinigungsvorgang durch die erhöhte Luftfeuchtigkeit sowie Temperaturbelastung erforderlich. Ggf. muss die Reinigungstätigkeit bei zu starker Hitzebelastung (z.B. hohe Temperatur im Sommer) mit anderen Zwischentätigkeiten unterbrochen werden.

Bei der **Reinigung von unreinen Bereichen**, wie z.B. Sanitär, (u.a. Keimbelastung im Abfluss) **wird das Tragen eines Mundschutzes und Schutzbrille empfohlen**. Grundsätzlich sollte ein **Abstand des Gesichtes zum Gegenstand**, **welcher gereinigt wird, mind. ‚eine Stiellänge' betragen.**
Die Dienstkleidung ist **vor Verschmutzung zu schützen**, ev. durch Einsatz einer Überschürze.
Bei Verschmutzung ist **diese umgehend** zu **wechseln.**

Um körperliche Schädigungen entgegenzuwirken, wie z.B. Verbrühungen, wird auf die **Sicherheitsvorschriften sowie Anleitungen des Geräte-/Produktvorstellers nochmals dezidiert verwiesen**.
Das **Personal sollte regelmäßig** in den Präventionsmaßnahmen sowie den Erste-Hilfe-Maßnahmen im Anlassfall **geschult werden.**

Bei der **Maßnahme der Brandbekämpfung** muss auf **geeignete Löschmittel** geachtet werden**.** Ggf. sind auch übliche Maßnahmen bei Bränden mit Chemikalien zu berücksichtigen, wenn diese eingesetzt wurden.

U M F E L D S I C H E R H E I T

Die **Vernebelung des Mikrodampfes** sollte **nicht in unmittelbarer Nähe von Personen**, insbesondere Kinder, kranken und/oder betagten Menschen, **durchgeführt werden**. Insbesondere bei Beseitigungen **von biologischen Arbeitsstoffen** ist darauf Bedacht zu nehmen und die Durchführung abzuwägen (ggf. Vorreinigung sichern).

Das **Kabel und** der **Dampfschlauch** können eine **Sturzgefah**r für den/die Anwender*in sowie anwesenden Personen **darstellen. Hinweisschilder** können **zur Sturzprävention** beitragen.

A D Ä Q U A T E R E I N S A T Z V O N R E I N I G U N G S - U N D D E S I N - F E K T I O N S P R O D U K T E N

Da **kein Einsatz von Reinigungsmittel erforderlich** ist, ist das Verfahren umweltfreundlich, ökonomisch und erhöht den Personal- und Klientenschutz.

Weiters wird der **ergänzende** Einsatz von Reinigungsprodukten bei **speziellen Reinigungsverfahren** ausschließlich auf Grundlage der Empfehlungen durch den Produktlieferanten empfohlen. Auf **adäquate persönliche Schutzausrüstung** u.a. durch Vernebelung der Produkte, **ist zu achten.**

Eine sichergestellte und ggf. speziellen Anforderungen (Keimspektren, Einsatzgebiet z.B. Pflegeheim) entsprechende Desinfektion von durch biologische Arbeitsstoffe (Stuhl, Erbrochenes uä.) **kontaminierten Flächen oder bei Auftreten von Infektionskrankheiten kann,** auf Grundlage der aktuell vorliegenden Ergebnisse, **durch die alleinige Anwendung des desinfizierenden Reinigungsverfahrens durch das ‚Micro Cleaner Verfahren' nicht abgeleitet bzw. gesichert rückgemeldet werden. Es wird deshalb empfohlen bei speziellen Anforderungen diese als solche, in den herkömmlichen Anwendungen (Wischverfahren/-desinfektion) durch Einsatz von ‚gelisteten', geeigneten Desinfektionsprodukten zu ergänzen.**

Sehr geehrte Nutzer*in!
Diese Sicherheitsanleitung wurde unter größtmöglicher Sorgfalt bzgl. Inhalt und Umfang erstellt.
Im Sinne der Qualitätssicherung bitten wir Sie uns ‚neue Erfahrungen',
welche berücksichtigt werden sollen unter office@microcleaner.at zu melden.

ENTWURF_Stand: 15.12.2022

Autorinnen:

Michaela Genseberger und Hannelore Genseberger, MSc

Institut für praxisorientiertes Qualitätsmanagement und Hygiene
im Gesundheits- und Sozialwesen, der Gastronomie und Hotellerie

www.hge-comeptence.at

Quellen und Literaturnachweise bei den Autorinnen aufliegend

Information zum Haftungsausschluss, Nutzungsrecht, Urheberrecht

Haftungsausschluss

Alle im Zuge der Zusammenarbeit von HGe-Competence zur Verfügung gestellten Informationen/Dokumente wurden mit größtmöglicher Sorgfalt, unter Einbeziehung verlässlicher Quellen recherchiert und kontrolliert. HGe haftet nicht für Schäden, die aus inkorrekten oder verspäteten Inhalten oder aus Handlungen resultieren, die im Vertrauen auf die Richtigkeit der übergebenen Unterlagen getätigt wurden. Weiters wird die Gewähr auf Vollständigkeit ausgeschlossen.

Es wird festgehalten, dass gegenständliche Sicherheitsanleitung als Information, bei Weitergabe an Dritte, nur vollständig verwendet werden darf.

Nutzungsrecht, Vervielfältigung und Verbreitung

Eine Vervielfältigung aller im Zuge der Zusammenarbeit ausgegebenen Unterlagen sind als Nutzungsrecht im Rahmen der Auftragsvereinbarung möglich. Eine Erweiterung dieses Rechtes obliegt ausschließlich dem Unternehmen HGe-Competence als Urheber, ausgenommen sind individuell getroffene Vereinbarungen mit dem Auftraggeber (Vervielfältigung innerhalb des Unternehmens, in Hardcopy).
Der Auftraggeber ist verpflichtet dafür zu sorgen, dass die zur Auftragserfüllung vom Auftragnehmer, seinen Mitarbeitern und/oder Kooperationspartnern erstellten Angebote, Berichte, Analysen, Gutachten, Organisationspläne, Programme, Konzepte, Leistungsbeschreibungen, Entwürfe, Berechnungen, Zeichnungen, Datenträger udgl. ausschließlich für den Auftragszweck und Auftragsumfang Verwendung finden. Diese Verantwortung umfasst auch die Sicherstellung der Einhaltung durch seine Mitarbeiter.
Die entgeltliche und/oder unentgeltliche Weitergabe derselben an Dritte bedarf der schriftlichen Zustimmung von HGe-Competence und ist in der Regel kostenpflichtig.
Bei Verstoß gegen dieses Vervielfältigungs- und Verbreitungsverbot behält sich HGe-Competence vor, Schadenersatz- und Unterlassungsansprüche geltend zu machen.

Urheberrechtlicher Schutz

Alle in Zusammenarbeit ausgegebenen Unterlagen unterliegen, da sie eine persönliche Schöpfung von HGe-Competence darstellen, grundsätzlich dem ideell-persönlichen sowie verwertungsrechtlichen Schutz des UrhG.
Das Urheberrecht von HGe-Competence erlischt auch nicht, wenn die Unterlagen ‚bearbeitet' oder ‚umgestaltet' werden. Inhaltliche Bearbeitungen oder andere Umgestaltungen des Werkes, welchen einen Einfluss auf den Inhalt haben könnten, dürfen nur mit Einwilligung von HGe-Competence vollzogen werden. In diesem Fall haftet der Nutzer vollends für etwaig auftretende Schäden daraus.
Bei Abweichungen davon liegt ein urheberrechtlicher Verstoß vor. Die Einwilligung ist nachweislich einzuholen. Die Verantwortung hierfür liegt beim Kooperationspartner. Gleiches gilt für die Verbreitung und für die öffentliche Zugänglichmachung (beispielweise das Einstellen in das Internet).

MediCleanTEC

SICHERHEIT

Sicherheits-vorschriften

☆ Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch falschen und unsachgemäßen Gebrauch verursacht werden.

☆ Richten Sie den Dampf-/Heißwasserstrahl niemals auf Personen oder Tiere und berühren Sie diesen niemals direkt beim Austritt – Verbrennungsgefahr!

☆ Der Microcleaner besitzt einen Druckmesser, um den Druck zu kontrollieren und auf dem festgesetzten Pegel zu halten (siehe "rated pressure" auf der technischen Plakette auf dem Gerät). Strömt Dampf aus dem unteren Teil des Gerätes aus, bedeutet das, dass die Funktion beeinträchtigt ist und das Sicherheitsventil daher den Druck innerhalb des Dampfkessels imitiert. Wir empfehlen, das Gerät in diesem Fall nicht zu benutzen, sofort die Stromzufuhr zu unterbrechen und den technischen Service zu kontaktieren.

☆ Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn das Netzkabel oder andere wichtige Teile beschädigt sind, z.B. Sicherheitsvorrichtungen, Hochdruckschläuche oder Handgriff/Pistole.

☆ Der Microcleaner ist mit einem Warnsystem „Schlammablass" ausgestattet. Erscheint auf dem Display der Schriftzug „CALC", bedeutet das, dass eine Kesselreinigung durchzuführen ist (siehe Kapitel „Wartung"). Der Ablassdeckel darf nur dann abgenommen werden, wenn das Gerät seit mindestens 5 Stunden abgeschaltet ist (Netzstecker gezogen).

☆ Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, von Kindern bzw. Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten bzw. mangelnder Erfahrung und/oder mangelndem Wissen benutzt zu werden, es sei denn, diese werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von dieser Person Anweisungen, wie der Microcleaner zu benutzen ist. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

☆ Hochdruckschläuche, Zubehörteile und Verbindungsstücke sind wichtig für die sichere Benutzung des Gerätes. Verwenden Sie ausschließlich vom Hersteller empfohlene Schläuche, Zubehörteile und Verbindungsstücke.

☆ ACHTUNG: Vor der Verwendung von Bürsten ist immer ein Test durchzuführen, um eventuelle Beschädigungen von Oberflächen zu verhindern. Der vom Dampfgenerator produzierte Dampf hat eine sehr hohe Temperatur. Machen Sie daher zunächst immer einen Test auf einer kleinen Fläche. Holzflächen und Silikonfugen sollten nur mit einem Minimum an Dampf behandelt und unmittelbar darauf mit Mikrofasertüchern getrocknet werden.

☆ Bei der Verwendung eines Verlängerungskabels müssen sowohl Anschlussstecker als auch Steckdosen absolut wasserdicht sein. Ungeeignete Verlängerungskabel können gefährlich sein.

☆ Lassen Sie das optionale Bügeleisen nie ohne Aufsicht, wenn es an das Stromnetz angeschlossen ist. Jegliche Veränderung am Gerät entbindet den Hersteller von allen Haftungen.

☆ Die Daten zur Teilkörperschwingung bezogen auf dieses Gerät liegen unter 2,5 m/s² und werden daher nicht angeführt.

Auszug aus der „Bedienungs- & Wartungsanleitung" S.4 , MediCleanTEC®, Stand: 15.12.2022

Technische Daten

Siehe technische Plakette auf dem Gerät

Besonderheiten

- ☆ Edelstahl-Kessel (10 Jahre Garantie!)
- ☆ Integrierter Ventilator zur Kühlung der Elektronik
- ☆ Selbstentkalkender Heizstab (Ausdehnung bei Temperaturanstieg führt zu Abfall des Kalkbelags). Diese Elemente haben eine 4-mal so starke Leistung wie spirale Heizelemente (28 statt im Durchschnitt 7 W/cm²). Sie verfügen über eine sehr lange Lebensdauer und können im Unterschied zu den meisten Spiralheizungen ersetzt werden.
- ☆ Selbstentkalkender elektromechanischer Schwimmer (mit TrueTemp Technology für durchgehend hohe Dampftemperatur)
- ☆ 24 x 7: Kontinuierlicher Dampf – 2 Tanksysteme ermöglichen Dauerbetrieb

Umweltschutz

Alle Verpackungsmaterialien sind wiederverwertbar. Die Verpackungen sollten nicht in den Hausmüll geworfen, sondern in die entsprechenden Sammelstellen gebracht werden.

Nicht mehr genutzte Geräte enthalten edle, verwertbare Materialien und sollten deshalb in entsprechende Sammelstellen gebracht werden. Elektrische und elektronische Geräte, Batterien, Öl und ähnliche Substanzen dürfen nicht in die Umwelt verstreut werden. Bitte achten Sie bei der Entsorgung auf die Mülltrennung.

Substanzen wie Motoröl, Heizöl, Benzin oder Dieselkraftstoff dürfen nicht in der Natur entsorgt werden. Bitte schützen Sie den Boden und entsorgen Sie gebrauchtes Öl den Umweltnormen entsprechend.

Inhalt

Vorwort 2
Was ist Microdampf? 3
Sicherheitsvorschriften 4
Bestandteilverzeichnis 6
Tastaturfunktionen 8
Wartung des Dampfgenerators 9
Stundenzähler 9
Bedienungsanleitung 10
Anwendung des Medicleantec Microdampfes 12
Gerätewagen (optional) 16
Dampfmop (optional) 16

BEVOR SIE DAS GERÄT BENUTZEN, LESEN UND BEFOLGEN SIE BITTE DIESE GEBRAUCHSANWEISUNG.
BEWAHREN SIE DIESE AUCH FÜR EIN SPÄTERES NACHLESEN AUF UND GEBEN SIE DIESE AUCH AN NACHFOLGENDE EIGENTÜMER DIESES GERÄTES WEITER. VOR DEM ERSTEN EINSCHALTEN IST ES PFLICHT, DIE SICHERHEITSNORMEN GRÜNDLICH DURCHZULESEN. EVENTUELLE DURCH DEN TRANSPORT VERURSACHTE SCHÄDEN SOLLTEN UNVERZÜGLICH AN IHREN HÄNDLER GEMELDET WERDEN.



5

Auszug aus der „Bedienungs- & Wartungsanleitung" S. 5, MediCleanTEC®, Stand: 15.12.2022